DATENBLATT

RadiaXon®
PI Radiation Attenuating Surgical Gloves
LEAD FREE ▪ NON-LATEX Polyisoprene Powder Free Gloves

Bleifreier Puderfreier Latexfreier Strahlenschutzhandschuh, steril

Bestellnummer/Größe		Größe 6 R3560-85 6 ½ R3565-85 7 R3570-85 7 ½ R3575-85 8 R3580-85 8 ½ R3585-85 9 R3590-85
Design und Merkmale		Handspezifisch, gebogene Finger, strukturierte Oberfläche an den Fingern und der Handinnenseite
Typ		Puderfreier und gammasterilisierter Strahlenschutzhandschuh
Material		Polyisopren (latexfrei)
Farbe		Schwarz
Oberflächenbehandlung		Chlorinierung
Puderrückstände (mg/Handschuh)		≤ 2
Abmessungen – Breite der Handinnenfläche (mm)		6 : 77 ± 5 6½ : 83 ± 5 7 : 89 ± 5 7½ : 95 ± 5 8 : 102 ± 5 8½ : 108 ± 5 9 : 114 ± 5
Abmessungen - Länge (mm)		6 : min. 280 6½ : min. 280 7 : min. 283 7½ : min. 287 8 : min. 288 8½ : min. 290 9 : min. 290
Einfache Wandstärke (mm)	Finger Handinnenfläche Manschette	Min. 0.30 Min. 0.29 Min. 0.30
Physikalische Eigenschaften	Zugfestigkeit (MPa) Dehnbarkeit (%) Reißkraft (N)	Vor Alterung : min. 9 Nach Alterung : min. 15 : min. 500 : min. 500 : min. 9 : min. 9
Verpackung	Papierumschlag Folienverpackung Dispenser Versandkarton	1 Paar Handschuhe 1 Papierumschlag 5 Folienverpackungen 4 Dispenser
Handschuhmarkierung		Die Manschette jedes Handschuhs ist mit der Aufschrift der entsprechenden Hand (L/R) sowie der Größe versehen.
Lotnummer		Struktur der Lotnummern: YMMPPPPSS Y = Verpackungsjahr P = Interne Referenznummer MM = Verpackungsmonat SS = Größe
Mindesthaltbarkeit		3 Jahre ab Produktionsdatum
Qualitätsinspektion vor Verschiffung	Abmessungen Physikalische Eigenschaften 1000ml Wasserhaltetest Puderrückstand	N=13 (EN 455-2); N=13 (EN 455-2) G-I, AQL 0.65 N=5 Paare
Konformität des Produkts		• Medizinprodukt gemäß der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG (CE Klasse IIa): E455 Teile 1, 2 ,3 & 4 • Persönliche Schutzausrüstung gemäß der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 (Kategorie III, getestet nach EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016), CE 2797 • ASTM D3577
Qualitätssicherung		• BS EN ISO 9001 • BS EN ISO 13485 Qualitätssysteme • US FDA Quality System Regulation (QSR)

Die angegebenen Informationen dienen als Richtlinien der typischen Werte und Produkteigenschaften und sind nicht als tatsächliche Produkt-spezifikationen zu verstehen.